



LICITACIÓN PÚBLICA GPNK N° 10/2022

ADQUISICIÓN DE TRAMOS DE MEDICIÓN Y CROMATÓGRAFOS PARA EL GASODUCTO  
PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER, GASODUCTO MERCEDES-CARDALES y OBRAS  
COMPLEMENTARIAS DE LA ETAPA I

**CIRCULAR N° 03/2022**

**ACLARATORIA**

12 septiembre de 2022

---

- **ACLARACIÓN N°1**

**Consulta:**

El cromatógrafo ABB trae por defecto dos salidas seriales de comunicación seleccionables entre RS-232, RS-485, o RS-422, soportando protocolos Modbus.

Si se pudiera prescindir de las entradas y salidas analógicas se podría mejorar precio, pero por sobre todo plazo de entrega, alcanzando las esperadas. ¿Se podrían prescindir de las salidas y entradas analógicas?

**Respuesta:**

No se puede prescindir de las entradas y salidas analógicas, las mismas son utilizadas para tomar la Presión de los Cilindros de Helio de Gas Carrier.

---

- **ACLARACIÓN N°2**

**Consulta:**

Se menciona la inclusión del sistema Carrier, ¿Se podrían excluir los cilindros de gases Carrier de dicha provisión?

**Respuesta:**

No se pueden excluir de la provisión cilindros de gases.

---